



Stargard, dn. 15.10.2019 r.

Przetarg nieograniczony nr 23/PN/D/PL/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 13 pakietów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dot. Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści:

cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 14G, 6Fr o długość 20cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 16G/7 cm, prowadnicę z oznaczeniami głębokości w "J", strzykawka 5cm, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz połączenia typu L-L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. Pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści:

cewnik do naczyń centralnych jednoświatłowy 14G, 6Fr o długość 20cm, zestaw zawiera : igłę punkcyjną 16G/7 cm, prowadnicę z oznaczeniami głębokości w "J", strzykawka 5cm, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonna , znaczniki RTG, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz połączenia typu L-L?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3 dot. Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści:

cewnik centralny dwuświatłowy – 7Fr 20 cm (16,16G) zestaw zawiera: igła punkcyjna 18G/7 cm , prowadnik z końcówką J nie doksztalającą się podczas implantacji, 2-światłowy cewnik wykonany z poliuretanu , miękki stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonna , znaczniki RTG , strzykawka 5ml, rozszerzadło , skrzydełka mocujące, skalpel?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 dot. Pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści:

cewnik do żył centralnych trójświatłowy, wykonany z poliuretanu, wprowadzany do światła naczynia techniką Seldingera, widoczny w promieniach RTG, zawierający prowadnicę z atraumatyczną końcówką "J" nie doksztalającą się podczas implantacji, rozmiar 5,5 Fr długości 15 lub 20 cm, do wyboru, kanały 2x21G 1x19G, kaniula 22G/25mm, 2 dylatory , dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5 dot. Pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści:



Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydelka maocujące, trzy korki z mambrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6 dot. Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści:

Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydelka maocujące, trzy korki z mambrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7 dot. Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści:

cewnik czteroświatłowy 8,5 Fr długość 20 cm, światła cewnika 16/14/18/18 G wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , przewodnik typu J , cewnik widoczny w Rtg, Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydelka maocujące, cztery korki z mambrana do dodatkowych wstrzyknięć?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dot. Pakietu 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach: Sterylny filtr oddechowy mechaniczny ,antybakteryjny/antywirusowy o parametrach spełniających wymagania kategorii HEPA13.Oznacza to skuteczność zatrzymywania bakterii i wirusów na poziomie >99,999% co gwarantuje maksymalną ochronę przed skażeniem pacjenta i sprzętu z portem kapno w standardowym złączem od strony pacjenta i maszyny zgodnych ze standardem ISO. W zakresie objętości oddechowej pomiędzy 150-1500ml,złącze 22F/15M i 22M/15F.Pakowany pojedynczo

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 dot. Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania podkładu o wymiarach 101 cm x 225 cm +/- 4cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dot. Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje osłony na ramię w ilości sztuk 1, czy w ilości sztuk 2?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 2 podłokietników.

Pytanie 11 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 dot. Pakietu 11 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic Landerquista wykonanych z medycznej stali z miękkim donerkowym końcem prostym, miękki odcinek 4,5cm, następnie półsztywne 5,5cm, dalej sztywne. Dostępne długości 70cm, 85cm, lub 100cm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przewodnice o dl. 85 cm.



Pytanie 13 dot. Pakietu 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby drut Landerquista posiadał miękki donerkowy koniec długości 4,5 cm, następnie półsztywny 5,5cm dalej sztywny, rozmiar 0,035 Cal. Taka budowa drutu zapewnia bardzo wysoką jakość produktu, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 14 dot. Pakietu 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnych paków do zamykania ran z mikroporowatej włókniny poliestrowej niewzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dot. Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego zestawu:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- wymiary: min. 100 x 225cm \pm 5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 \pm -3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 \pm -3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o udźwigu do 226kg, jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego oraz pokryciem podgłówna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk**